

附件

福州市卫生健康单位单一来源项目采购专家论证意见表

项目名称: 核磁共振机		预算金额(元): 128万	
采购人	单位名称: 福州市第一总医院儿童专科院区 (福建省福州儿童医院)		
	联系人: 刘博芳	联系电话: 18046048583	
代理机构	名称: 福州信豪工程造价咨询有限公司		
	联系人: 陆明圆	联系电话: 0591-83725589	
单一来源 供应商	名称: 福建国药器械有限公司		
	地址: 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾园9号标准厂房4楼		
论证专家	姓名: 蔡平	联系电话: 13609560920	
	工作单位: 福建医科大学附属协和医院	职称: 高工	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√):			
1. 只能从唯一供应商处采购的: (√)			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的: ()			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 ()			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):			
在核磁共振环境下使用纯氧设备需要经过特殊设计与处理, 为了可以在核磁共振环境中开展麻醉通气业务, 必须配置核磁专用麻醉机。目前全球只有一家麻醉机可以在核磁环境下使用, 且备有专门用于MRI环境, 如葛斯与磁场兼容呼吸机。因其为唯一, 建议该采购项目采用单一来源采购方式采购, 服务供应商为福建国药器械有限公司。			
专家签名:	蔡平	论证日期:	2023.7.4

附件

福州市卫生健康单位单一来源项目采购专家论证意见表

项目名称: 核磁共振机		预算金额(元): 128万	
采购人	单位名称: 福州市第一总医院儿童专科院区 (福建省福州儿童医院)		
	联系人: 刘梅芳	联系电话: 18046048583	
代理机构	名称: 福州信豪工程造价咨询有限公司		
	联系人: 陆明圆	联系电话: 0591-83725589	
单一来源 供应商	名称: 福建国药器械有限公司		
	地址: 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾园9号标准厂房4楼		
论证专家	姓名: 黄小琅	联系电话: 13809520145	
	工作单位: 福州市第二医院	职称: 高工	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√):			
1. 只能从唯一供应商处采购的: (√)			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的: ()			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 ()			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):			
核磁共振机需具备用于MRI环境, 400高斯特的磁体强度认证。可在1.5和3.0特斯拉的核磁共振环境下提供可靠的扫描、维护和安装, 因其生产商为全球唯一, 服务供应商为福建国药器械有限公司。因此, 该项目采用单一来源采购方式采购。			
专家签名:			论证日期: 2023.7.4.

附件

福州市卫生健康单位单一来源项目采购专家论证意见表

项目名称: 核磁麻醉机		预算金额(元): 128万	
采购人	单位名称: 福建省福州儿童医院		
	联系人: 刘梅芳	联系电话: 18046048583	
代理机构	名称: 福州信泰工程造价咨询有限公司		
	联系人: 陆明圆	联系电话: 0591-83725589	
单一来源 供应商	名称: 福建国药器械有限公司		
	地址: 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾园9号标准厂房4楼		
论证专家	姓名: 赵恒艳		联系电话: 13313978951
	工作单位: 福建省红十字会		职称: 高工
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√):			
1. 只能从唯一供应商处采购的; (√)			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ()			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 ()			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):			
根据相关法律法规规定是福建省福州儿童医院为可以在核磁共振成像中开展麻醉通气业务申请采购核磁专用麻醉机。目前全球只有唯一一家麻醉机可以在核磁共振环境下使用所以用麻醉机。建议该项目采用单一来源采购方式采购。			
专家签名:	赵恒艳		论证日期: 2023.7.4.